



UAB "Slaugivita"
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145440368
PVM mokėtojo kodas LT454403610

**PASIŪLYMAS
DĖL MOBILAUS KELTUVO SU PRIEMONIŲ RINKINIŲ PACIENTŲ PAKĖLIMUI IR VARTYMOUI**

2020 m. gruodžio 15 d., Nr. 20/22041

(data)

Šiauliai

(vieta)

Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Slaugivita“, 145440368
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Daiva Čekienė, tel. +370 61441922, daiva@slaugivita.com

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMAI) (nurodomi ir kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiektėjus)

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.		
2.		

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- 1) esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.
- 2) esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- 3) sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
- 4) siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede **“Prekių sąrašas ir techninė specifikacija”**;
- 5) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- 6) pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;
- 7) pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Viešųjų pirkimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė

(Vardas, pavardė)

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MOBILUS KELTUVAS SU PRIEMONIŲ RINKINIŲ PACIENTŲ PAKĖLIMUI IR VARTYMOUI

PREKIŲ SĄRAŠAS

Mes siūlome šias prekę:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina* Eur be PVM
1.	Mobilus keltuvas su priemonių rinkiniu pacientų pakėlimui ir vartymui:			
1.1.	Mobilus keltuvas	vnt.	1	2007,27
1.2.	Kėlimo diržo laikiklis	vnt.	1	191,74
1.3.	Vartymo paklodė su 4 rankenomis	vnt.	1	122,15
1.4.	Vartymo paklodė	vnt.	1	48,75
1.5.	Poziciavimo, vartymo, kėlimo paklodė diržas	vnt.	1	273,79
PVM dydis 21% ir suma Eur				461,79
PVM dydis 5% ir suma Eur				22,23
Bendra 1 pirkimo objekto dalies kaina Eur su PVM				3127,72

Bendra 1 pirkimo objekto dalies kaina su PVM 3127,72 Eur (trys tūkstančiai šimtas dvidešimt septyni eurai 72 ct), kur PVM sudaro 484,02 Eur.

** po kabelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.*

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _____.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirki mo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Privalomos prekių techninės charakteristikos	Siūlomo parametro reikšmė <i>Modelis</i> Eva 450 EE, 70200002, WendyLett4Way, WendyLett, <i>gamintojas</i> Handicare AB, <i>kilmės šalis</i> Švedija. <i>Modelis</i> 284653-1, gamintojas V. Guldmann A/S, <i>kilmės šalis</i> Danija
1.	Mobilus keltuvas su priemonių rinkiniu pacientų pakėlimui ir vartymui:				
1.1.	Mobilus keltuvas	Vnt.	1	- Skirtas gulinčių pacientų pakėlimui, kėlimui ir perkėlimui - Maksimalus keliamas svoris ne mažiau kaip 200 kg - Kėlimo aukštis: - keltuvo gervės padėtis pasirenkama, pritaikant optimaliausią darbui reikiamą kėlimo diapazoną - kėlimo diapazonai: 50 – 170 (±2) cm 55 – 175 (±2) cm 60 – 180 (±2) cm - Kėlimo greitis ne mažiau kaip 3.5 cm/s be apkrovos - Ratukai: - keturi - galiniai ratukai su stabdžiais - ratukų Ø 100 mm ± 20 cm - Avarinis stabdymas ir nuleidimas elektrinis ir mechaninis - Keltuvo valdymas pultelio pagalba - Rėmas: - pagamintas iš aliuminio 2 dalių, todėl	- Skirtas gulinčių pacientų pakėlimui, kėlimui ir perkėlimui - Maksimalus keliamas svoris 205 kg - Kėlimo aukštis: - keltuvo gervės padėtis pasirenkama, pritaikant optimaliausią darbui reikiamą kėlimo diapazoną - kėlimo diapazonai: 50 – 169 cm 54 – 174 cm 59 – 179 cm - Kėlimo greitis 3.5 cm/s be apkrovos - Ratukai: - keturi - galiniai ratukai su stabdžiais - ratukų Ø 100 mm - Avarinis stabdymas ir nuleidimas elektrinis ir mechaninis - Keltuvo valdymas pultelio pagalba - Rėmas: - pagamintas iš aliuminio

				8.3. keltuvą patogų surinkti ir išrinkti 9. Keltuvas manevruojamas dviem patogiomis stūmimo rankenomis 10. Pagrindo kojos: 10.1 reguliuojamo pločio 10.2 plotis reguliuojamas pultelio pagalba 10.3 reguliavimas tolygus, belaispis 10.4 pagrindo kojų reguliavimas: 10.4.1. vidiniai išmatavimai nuo 58 iki 88 (± 2) cm 10.4.2. išoriniai išmatavimai nuo 68 iki 98 (± 2) cm 11. Pagrindo ilgis ne daugiau kaip 130 cm 12. Pagrindo aukštis ne daugiau kaip 12 cm 13. Keltuvo apsisukimo spindulys ne daugiau kaip 135 cm 14. Bendras keltuvo svoris ne daugiau kaip 34 kg 15. Sunkiausio komponento svoris ne daugiau kaip 15 kg. 16. Maksimalus keltuvo aukštis (esant pakeltai „gervei“) negali viršyti 205 cm. 17. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP X4. 18. Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 75 dB. 19. Keltuvo komplektacija: 19.1. keltuvas 19.2. keltuvo baterija 19.3. baterijos įkroviklis 20. Pažymėtas CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams 21. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	8.2. 2 dalių, todėl 8.3. keltuvą patogų surinkti ir išrinkti 9. Keltuvas manevruojamas dviem patogiomis stūmimo rankenomis 10. Pagrindo kojos: 10.1 reguliuojamo pločio 10.2 plotis reguliuojamas pultelio pagalba 10.3 reguliavimas tolygus, belaispis 10.4 pagrindo kojų reguliavimas: 10.4.1. vidiniai išmatavimai nuo 58,5 iki 88 cm 10.4.2. išoriniai išmatavimai nuo 68,5 iki 98 cm 11. Pagrindo ilgis 130 cm 12. Pagrindo aukštis 11,5 cm 13. Keltuvo apsisukimo spindulys 134 cm 14. Bendras keltuvo svoris 34 kg 15. Sunkiausio komponento svoris 14,5 kg. 16. Maksimalus keltuvo aukštis (esant pakeltai „gervei“) 202 cm. 17. Apsaugos klasė IP X4. 18. Keltuvo keliamas darbinis triukšmas ne didesnis nei 75 dB. 19. Keltuvo komplektacija: 19.1. keltuvas 19.2. keltuvo baterija 19.3. baterijos įkroviklis 20. Pažymėtas CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams 21. Garantija 12 mėn.
1.2.	Kėlimo diržo laikiklis	Vnt.	1	1. pagamintas iš aliuminio 2. plotis 45 (± 2) cm 3. kėlimo kabliukuose įmontuotos saugos sklastys 4. maksimalus išlaikomas svoris ne mažiau 300 kg	1. pagamintas iš aliuminio 2. plotis 45 cm 3. kėlimo kabliukuose įmontuotos saugos sklastys

				5. Pažymėtas CE ženklą ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams 6. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	4. maksimalus išlaikomas svoris 300 kg 5. Pažymėtas CE ženklą ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams 6. Garantija 12 mėn.
1.3.	Vartymo paklodė su 4 rankenomis	vnt.	1	1. skirtas gulinti pacientų vartymui lovoje arba paciento vartymosi lovoje palengvinimui, trinties po paciento klubais, pečiais sumažinimui, pragulų atsiradimo rizikai mažinti 2. Slydimo kryptys: audinio raštas su horizontaliomis ir vertikalėmis juostomis, atvaizduoja slydimo kryptis 3. vartymo paklodės pagrindas leidžia slydimą keturiomis kryptimis 4. ne mažiau 4 rankenų kiekvienoje pusėje 5. pagaminta iš poliesterio, medvilnės 6. išmatavimai 140 (±5) cm x 190 (±5) cm. 7. skalbiama ne žemesnėje kaip 90°C temperatūroje. 8. Pažymėtas CE ženklą ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams 9. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	1. skirtas gulinti pacientų vartymui lovoje arba paciento vartymosi lovoje palengvinimui, trinties po paciento klubais, pečiais sumažinimui, pragulų atsiradimo rizikai mažinti 2. Slydimo kryptys: audinio raštas su horizontaliomis ir vertikalėmis juostomis, atvaizduoja slydimo kryptis 3. vartymo paklodės pagrindas leidžia slydimą keturiomis kryptimis 4. 4 rankenos kiekvienoje pusėje 5. pagaminta iš poliesterio, medvilnės 6. išmatavimai 140 cm x 190 cm. 7. skalbiama 90°C temperatūroje. 8. Pažymėtas CE ženklą ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams 9. Garantija 12 mėn.
1.4.	Vartymo paklodė	Vnt.	1	1. skirtas gulinti pacientų vartymui lovoje arba paciento vartymosi lovoje palengvinimui, trinties po paciento klubais, pečiais sumažinimui, pragulų atsiradimo rizikai mažinti 2. kraštai pagaminti iš neslystančio poliesterio ir medvilnės audinio, kad pacientas nenuslystų nuo lovos 3. vidurinis sluoksnis iš slidžios satino medžiagos 4. medžiagos raštas su horizontaliomis juostomis, nurodančiomis slydimo kryptį. 5. turi tiktai lovoms iki 90 cm pločio 6. slidžioji dalis ne mažiau 60 (±2) cm 7. išmatavimai 140 (±5) cm x 200 (±5) cm 8. skalbiama ne žemesnėje kaip 90°C temperatūroje.	1. skirtas gulinti pacientų vartymui lovoje arba paciento vartymosi lovoje palengvinimui, trinties po paciento klubais, pečiais sumažinimui, pragulų atsiradimo rizikai mažinti 2. kraštai pagaminti iš neslystančio poliesterio ir medvilnės audinio, kad pacientas nenuslystų nuo lovos 3. vidurinis sluoksnis iš slidžios satino medžiagos 4. medžiagos raštas su horizontaliomis juostomis, nurodančiomis slydimo kryptį. 5. tinka lovoms iki 90 cm pločio 6. slidžioji dalis 60 cm 7. išmatavimai 140 cm x 200 cm

				9. Pažymėtas CE ženklą ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams 10. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	8. skalbiama 90°C temperatūroje. 9. Pažymėtas CE ženklą ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams 10. Garantija 12 mėn.
1.5.	Pozicavimo, vartymo, kėlimo paklodė diržas	Vnt.	1	1. skirtas silpniems ir nestabiliems pacientams kelti gulimoje padėtyje 2. turi prilaikyti didžiąją dalį kūno (galvą, nugarą, dubenį kojas bent iki kelių) arba paciento pozicijos pakeitimui 3. kėlimo diržas su 8 kilpomis, pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio 4. turi būti skirtingų spalvų kilpos, kad reguliuoti pakabinimo aukštį ir, kad teisingai ir lygiai užkabinti 5. maksimali apkrova ≥ 500 kg 6. skalbiama ne žemesnėje kaip 80°C temperatūroje, džiovinamas, džiovinama džiovyklėje žemoje temperatūroje. 9. Pažymėtas CE ženklą ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams 10. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	1. skirtas silpniems ir nestabiliems pacientams kelti gulimoje padėtyje 2. prilaiko didžiąją dalį kūno (galvą, nugarą, dubenį kojas bent iki kelių) arba paciento pozicijos pakeitimui 3. kėlimo diržas su 8 kilpomis, pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio 4. yra skirtingų spalvų kilpos, kad reguliuoti pakabinimo aukštį ir, kad teisingai ir lygiai užkabinti 5. maksimali apkrova 500 kg 6. skalbiama 80°C temperatūroje, džiovinamas, džiovinama džiovyklėje žemoje temperatūroje. 9. Pažymėtas CE ženklą ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams 10. Garantija 12 mėn.

Viešųjų pirkimų vadybininkė
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė
 (Vardas ir pavardė)