

PASIŪLYMAS
AORTOS PROTEZŲ PIRKIMUI

2020-11-09 Nr. 1109

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „FORMEDICS“
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai/	124980311
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pilaitės pr. 16, LT04352 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ema Dalikaitė
Telefono numeris	+37052623070
Fakso numeris	+37052137563
El. pašto adresas	info@formedics.lt ema@formedics.lt

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka: *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS*;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, pakeitimuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
4. Mes siūlome Prekes pagal Slaugos priemonių techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus:

Pirkimo dalis	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 vieneto kaina Eur, be PVM	Pasiūlymo kaina Eur, be PVM	PVM tarifas %	Pasiūlymo kaina Eur, su PVM
---------------	-------------	-----------	--------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------

3.	Aortos abdominalinės srities endovaskulinio protezo sistema (stentas-protezas)	Vnt.	1	8 500,00	8 500,00	5%	8925,00
3-ios pirkimo dalies kaina Eur, su PVM:							8925,00

5. Kartu su pasiūlymu tiekėjai **PRIVALO** pateikti šių Konkurso sąlygų 2 priedo „Aortos protezų techninė specifikacija“ siūlomų pirkimo dalių užpildytas lenteles, kuriose turi būti nurodytos siūlomų prekių techninės charakteristikos. 2 priedo lentelės turi būti pateiktos elektroninėje formoje, doc ir/arba xls ir/arba pdf formatu. Jei kainos pasiūlymas ir techninės specifikacijos lentelės teikiamos pdf formatu, prašome papildomai pateikti kainos pasiūlymą ir xls arba doc formatu.

6. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

7. Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	1. espd-response - 2020-11-09T150458.028	13
2.	3. Jotec.E-tegra.Bukl.EN.	5
3.	4. Jotec.E tegra.Bukl.LT	2
4.	5. Igaliojimas Dalikaite iki 2021-12-31	1
5.	6 ir 7 dokumentai: CE sertifikatai Jotec.Etegra	2 ir 2 psl

9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir **konfidenciali** informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.

Viešųjų pirkimų specialistė – teisininkė



Ema Dalikaitė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**AORTOS PROTEZŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomi reikalavimai / Kataloginis prekės Nr.	Gamintojas
3.	Aortos protezo sistema			
3.1.	Aortos abdominalinės srities endovaskulinio protezo sistema (stentas-protezas)	1. Abdominalinės aortos dalies stentgrantai, dviejų klubinių atšakų. 1.1. Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 1.2. Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 1.3. Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 130 iki 170 mm; 1.4. Aortinės dalies diametras proksimaliai nuo 23 iki 36 mm; distaliai nuo 10 iki 19 mm; 1.5. Įvedimo sistemos išorinis diametras 18, 20 F; 1.6. Klubinės dalies diametras proksimaliai nuo 13 iki 27 mm; distaliai nuo 10 iki 27 mm; 1.7. Klubinės dalies dengta dalis 80 mm ± 1mm; 1.8. Įvedimo sistemos išorinis diametras 16, 18 F; 1.9. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralateralinė klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; 1.10. Kontralateralinės dalies diametras proksimaliai 15 mm, distaliai 10-25 mm; 1.11. Kontralateralinės dalies naudojimo ilgis nuo 50 iki 105 mm;	Katalogas "Jotec" E tegra Stent Graft System. Visi kodai kataloge.	Gamintojas "Jotec"

	1.12. Dengtas ilgis nuo 80 iki 135 mm; 1.13. Kontralateralinės dalies įvedimo sistemos išorinis diametras 16 F; 1.14. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksavimui; 1.15. Komplektuojama kartu su PTA kobalto chromo stentais klubinėms arterijoms, dengtais gryna anglimi; 1.16. Stentų su balioniniu kateteriu: 1.16.1. Ilgis 19-59 mm; 1.16.2. Diametras 6,0-10 mm; 1.16.3. Kateterio ilgis 75-135 cm; 1.16.4. Pravedėjas - 0,035"; 1.16.5. Introduiseris - 6 F; 1.16.6. Įvedimo sistema - OTW tipo.		
--	---	--	--