

JOTEC

E-TEGRA

Abdominalinės aortos stentgraftas.

. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų.

Galimybė prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją;

Turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui;

įvairių ilgiu dengta dalis nuo 130 iki 170 mm;

Aortinės dalies diametras proksimaliai nuo 23 iki 36 mm; distaliai nuo 10 iki 19mm.

Įvedimo sistemos išorinis diametras 18, 20F;

Klubinės dalies diametras proksimaliai nuo 13iki 27 mm; distaliai nuo 10 iki 27mm.

Klubinės dalies dengta dalis 80mm.

Įvedimo sistemos išorinis diametras 16,18F;

Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas

Turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui.

Diametras proksimaliai =distaliai nuo 26 iki 38mm.

Naudojimo ilgis 50mm.

Dengtas ilgis 50mm.

Įvedimo sistemos išorinis diametras 18-20F.

Abdominalinių stentgraftų klubinis prailgintojas

Klubinio prailgintojo diametras proksimaliai nuo 13 iki 27mm.Distaliai nuo 10 iki 27mm.

Naudojimo ilgis 50mm.

Dengtas ilgis 80mm.

Įvedimo sistemos išorinis diametras 16-18F.

Aortos uni-iliac stentgraftas

Turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis

Diametras proksimaliai 23-36mm.

Diametras distaliai 13mm.

Dengtas ilgis 110mm.

Įvedimo sistemos išorinis diametras 18-20F.

Vertimas atliktas

2018 07 15

Produktų grupės vadovė

Rasa Jučienė

