

Klaipėda,

2021 m.

01

mėn. 19 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Kavita“ atstovaujama direktoriaus A. Petrikaičio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (523500) laimėtą ligoninėje turimo ultragarsinio skenerio VUMAX HD B-skenavimo daviklį Sonomed, JAV, kurio vnt. kaina yra 6.884,90 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 00 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

**Ligoninėje turimo ultragarsinio skenerio VUMAX HD B-skenavimo daviklis
Sonomed, JAV**

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Reikalaujamos rodiklių reikšmės
1.	B-skenavimo daviklis užpakalinio akies segmento ir akiduobės ištyrimui	12 MHz
2.	Daviklio ašinė rezoliucija	130 μm (12 MHz)
3.	Daviklis suderinamas su VuMAX HD skeneriu	Taip, yra
4.	Kiekis	1 vnt.
5.	Daviklio pajungimas, derinimas, kalibravimas su prietaisu įskaičiuota į kainą	Taip, yra
6.	Davikliui suteikiama garantija	12 mėn.
7.	Įranga privalo būti paženklinta CE ženklu	Taip, yra
8.	CE sertifikatas	Taip, yra

2. Sutarties vertė

Sutarties (1 vnt.) vertė – 6.884,90 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 00 cnt.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu "Pirkėjas" neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, "Pardavėjas" gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.



4. Garantijos

4.1. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. "Pardavėjas" įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. "Pardavėjas", jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas "Pirkėją", kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos "Pirkėjui" nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti "Pardavėjas" įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. "Pardavėjas" pristato "Pirkėjui" nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga laikoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka "Pardavėjas".

5.4. Jeigu "Pardavėjas" per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, "Pirkėjas" gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

7.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

7.1.1. šalių susitarimu;

7.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.2. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

7.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

8. Ginčai

8.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.



9.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtiną sumą, be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



“Pardavėjas”

UAB „Kavita“
Gamyklos g. 48,
LT-89110 Mažiečiai
A/S LT077044060000017238
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 166725580

Direktorius
Audrūnas Petrikaitis

Atviro konkurso
1 priedas

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

PASIŪLYMO FORMA

**DĖL LIGONINĖJE TURIMO ULTRAGARSINIO SKENERIO VUMAX HD B-SKENAVIMO
DAVIKLIO PIRKIMO**

**2021-01-07 Nr. 210107-01
Mažeikiai**

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Kavita“
Tiekėjo adresas	Gamyklos g.48, LT-89104 Mažeikiai
Įmonės kodas	166725580
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rūta Dulskytė
Telefono numeris	8-443-65166
Fakso numeris	8-443-65866
El. pašto adresas	info@kavita.com
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	LT077044060000017238 AB SEB, B.K 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Bukletas.pdf	4
2.	Techninė specifikacija.pdf	1
3.	Ce sertifikatas.pdf	6
4.	Vadovo įgaliojimas.pdf	1

5.	Kavita išplėstinis išrašas_2019 04 05_Konfidencialu.pdf	6
6.	Espd-response (dviem formatais PDF ir XML)	13
7.	Jungtinė pažyma_Konfidencialu 2020 12 16.pdf	2


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
1.	ULTRAGARSINIO SKENERIO VUMAX HD B-SKENAVIMO DAVIKLIS	6884,90

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Kavita išplėstinis išrašas_2019 04 05_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
2.	Jungtinė pažyma_Konfidencialu 2020 12 16.pdf	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pardavimų specialistė		Rūta Dulskytė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

SPECIALIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI LIGONINĖJE TURIMO ULTRAGARSINIO SKENERIO

VUMAX HD B-SKENAVIMO DAVIKLIUI

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Reikalaujamos rodiklių reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	B-skenavimo daviklis užpakalinio akies segmento ir akiduobės ištyrimui	12 MHz	B-skenavimo daviklis užpakalinio akies segmento ir akiduobės ištyrimui 12 MHz. Žr. Bukletas.pdf 3-4 psl.
2.	Daviklio ašinė rezoliucija	130 µm (12 MHz)	Daviklio ašinė rezoliucija 130 µm (12 MHz). Žr. Bukletas.pdf 4 psl.
3.	Daviklis suderinamas su VuMAX HD skeneriu	Būtina	Daviklis suderinamas su VuMAX HD skeneriu. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
4.	Kiekis	1 vnt.	Kiekis 1 vnt.
5.	Daviklio pajungimas, derinimas, kalibravimas su prietaisu įskaičiuota į kainą	Privaloma	Daviklio pajungimas, derinimas, kalibravimas su prietaisu įskaičiuota į kainą.
6.	Davikliui suteikiama garantija	Ne mažiau 12 mėn.	Davikliui suteikiama garantija 12 mėn.
7.	Įranga privalo būti paženklinta CE ženklu	Būtina	Įranga paženklinta CE ženklu
8.	CE sertifikatas	Būtina	CE sertifikatas
9.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	Pateikiamas Bukletas.pdf 1-4 psl.
10.	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
11.	PVM tarifas procentais		21%
12.	Viso kaina Eur su PVM		6884,90 Eur
13.	Firminis pavadinimas, gamintojas		12 MHz skenavimo daviklis, Sonomed, JAV.

VuMAX HD skeneris

Simply the Best



VuMAX™ HD

B-Scan | UBM | A-Scan



Sonomed Escalon™



Hands down the gold standard in ophthalmic ultrasound. Configurable as a B-scan, UBM, or combination system with optional A-scan, the VuMAX HD is cutting edge technology providing unparalleled image quality with elegant and powerful usability. Yes, simply the best.

3.P. Daviklis suderinamas su VuMAX HD skeneriu

UNPARALLELED UBM Image Quality.

The VuMAX™ series from Sonomed Escalon has long been the gold standard in UBM imaging. Now with Enhanced Focus Rendering™ and other enhancements, the VuMAX™ HD delivers the most outstanding UBM images and video clips of the entire anterior chamber.



The specialized angle detail scan setting optimizes resolution of different structures at the angle and behind the iris, providing the premier diagnostic tool for identifying causes of glaucoma-related concerns, including angle detail and permeability of the trabecular meshwork, plateau iris syndrome, effects of pupil movement on the angle, and other aspects of glaucoma.



The sophisticated angle analysis tool is a unique feature to help image, identify, and objectively quantify the angle, useful in managing patients with narrow angles. Pattern recognition software automatically identifies the iris root based on scleral spur reference to accurately determine the angle anatomy.



Accurately measure sulcus-to-sulcus to properly and confidently size ICLs to prevent post-operative surprises. The specialized sulcus-to-sulcus scan setting is optimally engineered to enable consistent viewing of key anatomical landmarks required to ensure accurate sulcus-to-sulcus measurements. Utilize the proprietary eye tracking tool to confirm image alignment and apply built-in nomograms to determine proper ICL sizing.



View the entire anterior segment in great detail, with optimized scan settings of the VuMAX™ HD. Clearly visualize the ciliary body, pars plana, and other structures and identify tumors, cysts, trauma, uveitis, and other pathologies. The VuMAX™ HD even allows for visualization and video capture of dynamic accommodation.



1.P. B-Skenavimo daviklis užpakalinio akies segmento ir akiduobės ištyrimui

UNPARALLELED B-Scan Image Quality.

The all-new B-scan mode of the VuMAX™ HD produces truly outstanding imaging of the posterior segment that has become the new gold standard in ophthalmic ultrasound.

Easily visualize extraordinary fine details within video clips and still images generated using proprietary Enhanced Focus Rendering™, providing image quality unmatched by other imaging systems.



Select from four (4) preset scan modes to optimize image quality in area of interest, including orbit, vitreous body, retina surface, and deep retina / choroid.



UNPARALLELED. Period.

Elegant user interface provides useful tools that are intuitive, simple, and efficient to use. Time-saving features such as selectable patient database display to easily search and access archived exam records. Document scan orientation with the single click of a button. Replay videos in real-time, slow motion, or frame-by-frame. Super-impose A-scan trace, perform linear and angle measurements, and annotate onto B-scan and UBM images. Auto calculation of axial length average and standard deviation, nine IOL formulas, and lens database for biometric A-scan.

Integrated enterprise-level computer hardware with two large RAID-configured SATA 1 TB enterprise class hard drives for data storage and separate SATA SSD solid-state drive for operating system. Large 21" ultra HD monitor (1920 x 1080 pixel). Wireless keyboard and mouse interface. Easy interface with image management and EMR systems.

Simply the best.

1.P. Daviklis 12 MHz

B-Scan and UBM	
Ultrasound Probes	- Sealed 12 MHz or 20 MHz B-probes with focused transducers - Water path probe with 35 MHz or 50 MHz transducers
Scan Settings	- Selectable scan setting profiles to optimize image quality - UBM: sulcus-to-sulcus, angle detail, high resolution, and motion picture - B-Scan: orbit, vitreous body, retina surface, and deep retina / choroid
UBM Imaging Feature	- Eye Tracking feature for alignment of sulcus-to-sulcus measurement for ICL sizing - Angle Analysis feature for quantitative assessment of angle
Scan Sampling	256 ray scan with 2048 sample points for each ray (over half-million sample points per transducer sweep)
Scan Controls	Fully adjustable time-varied gain (TVG), baseline, log gain, and exponential gain (e-gain)
Scan Position Indicator	- One-click selection of axial or longitudinal scan clock position with eye model confirmation - Free-form text for scan position details that automatically annotate onto images and video clips
Video Clips	- Capture and store 50-frame video clips at up to 20 frames per second (fps) - Replay in real-time, scalable slow motion, or one frame at a time - Store up to 12 video clips per eye per exam, easily add or remove video clips from exam record
Images	Separately save any number of individual frames from video clips as images, complete with annotation(s)
A-Scan Trace	Superimpose arbitrary A-scan trace onto images with a single button click
ICL Nomograms	Built-in Daugherty and Kojima nomograms for optimal ICL sizing
Resolution (Axial)	130 μm (12 MHz) 95 μm (20 MHz) 22 μm (35 MHz) 15 μm (50 MHz)
Measurement	Unlimited measurements using linear calipers and angle measurement tool

2.P. Daviklio ašinė rezoliucija 130 μ m (12 MHz)


A-Scan	
Ultrasound Probes	Standard probe for immersion or soft-touch probe for direct contact with minimal corneal compression
Scan Modes	- Direct contact or immersion - Manual or Automatic Capture (Cataract, Dense Cataract, Aphakic, and Pseudophakic)
Measurements	- Anterior chamber depth (ACD), lens thickness, vitreous, and axial length (AXL) - Averages and standard deviation calculated for up to 10 scans per exam - Configurable zone tissue velocities - On-board calibration
IOL Formulas	- Standard: Binkhorst, Regression-II, Theoretic/T, Holladay, Hoffer-Q, Haigis - Post-Refractive: Laskany Myopic Regression, Laskany Hyperopic, Aramberry Double-K
Lens Selection	Lens calculations in 0.25D increments with built-in 1600+ lens database
General	
Image Rendering	- Outstanding B-Scan and UBM image quality using proprietary Enhanced Focus Rendering™ (EFR™) - Continuous interpolative zoom re-renders at each magnification level for optimized image quality (up to 4x zoom)
Annotation	Automatic annotation of images and video clips
Database	- Full-scale patient database with exam record storage - Create and save individual user profiles with user-selectable defaults

VuMAX HD™


Simply the Best




Contact Sonomed Escalon
at 800-227-1285
For More Information



Easy graphical selection of scan orientation for all modes



Full palette of analysis, measurement, and annotation tools



Frame-by-frame, full speed, and slow motion review of video clips