



Uždaroji akcinė bendrovė “LITFARMA”

Įmonės kodas 133943714, PVM mokėtojo kodas LT339437113,

Buveinės adresas: Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius,

Tel. (8-5) 2405916, El. paštas: info@litfarma.com

Duomenys kaupiami ir saugomi VI Registrų Centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre

VšĮ VUL Santaros klinikos

PASIŪLYMAS MEDICINOS IRANGAI (V ETAPAS) Ecoc Nr. 341

2020 11 03 Nr. 1103

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /jei dalyvauja ūkio subjektų grupė-visi dalyvių pavadinimai/	UAB LITFARMA
Tiekėjo adresas /jei dalyvauja ūkio subjektų grupė-visi dalyvių adresai/	Laisvės pr. 75, 06144
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Vaidas Sliesoraitis
Telefono numeris, Fakso numeris	85 2405916
Tiekėjo įmonės kodas	133943714
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas	LT339437113
El. pašto adresas	info@litfarma.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Vykdamas sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai):

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas <i>(jungtinės veiklos partneris, subtiekęjas ar trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)</i>	Ūkio subjektui perduodamų išpareigojimų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %) <i>(ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)</i>

Mes siūlome šias prekes:

Pastaba.: pasiūlymo lentelėje būtina nurodyti siūlomoms prekėms gamintoją ir prekę modelį bei konkrečią modifikaciją, jeigu tokia yra (taikoma visoms pirkimo dalims).

3 pirkimo dalis

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas,	Kiekis, mato vnt.	Vnt. kaina, Eur		PVM		Bendra kaina, Eur	
			Be PVM	Su PVM	dydis %	suma Eur	Be PVM	Su PVM
3.	Elektrokardiografas portatyvinis (iMAC 120, gamintojas Zoncare)	1 vnt.	1970,00	2383,70	21	413,70	1970,00	2383,70
Pasiūlymo kaina, Eur							1970,00	2383,70

Pasiūlymo kaina EUR su PVM: 2383,70 Eur (Du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 70 ct). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 413,70 EUR.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka SPS 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas privalo užpildyti 1 SPS priedą „Techninė specifikacija“ siūlomoms prekėms.

Su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:

1) dokumentus, įrodančius parduodamų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: **gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus** (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi **grafiškai nurodyti** (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf	11 psl.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*):

Eil. Nr	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf	Prisegti dokumentai

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Pasiūlymas galioja iki 2020 m. _____ d. arba iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Prekių garantinis aptarnavimo terminas yra toks:

Prekės pavadinimas	Garantinis aptarnavimo terminas (mėnesiais)
3 Elektrokardiografas portatyvinis	36 mėn.

Direktorius



Vaidas Sliesoraitis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTABA

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagos ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma “arba lygiavertis”. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visoms pirkimo dalims turi būti ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantinis laikotarpis.
2. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

3 PIRKIMO DALIS. ELEKTROKARDIOGRAFAS PORTATYVINIS (1 VNT.)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomos prekės parametrai ir jų reikšmės bei juos patvirtinančio dokumento, pavadinimas, psl. Nr., prekės katalogo Nr., gamintojas, modelis, konkreti modifikacija, iMAC 120, gamintojas Zoncare
1.	Registruojamo signalo diskretizacijos dažnis	Ne mažesnis kaip 2000 Hz	32000 Hz <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
2.	EKG analizės dažnis	Ne mažesnis kaip 500 Hz	1000 Hz <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
3.	Kanalų skaičius	Ne mažiau kaip 4	12 <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
4.	Automatinė 12 derivacijų EKG registracija	Būtina, ne ilgiau kaip per 10 sek.	10 sek <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
5.	Pasiruošimas darbui	Mažiau kaip per 10 sek.	mažiau nei 10 sek <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
6.	Integruotas monitorius	Ne mažiau kaip 10 cm įstrižainės, spalvotas	25 cm įstrižainės <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
7.	Duomenys pateikiami monitoriaus ekrane	1. 12 EKG derivacijų vienu metu 2. Ligonio duomenys 3. Laikrodis 4. Ligonio širdies susitraukimų dažnis 5. Baterijos įkrovos būklė 6. Suminė elektrodų kontakto informacija nurodant problematinį elektrodą (būtina su spalvine indikacija)	1. 12 EKG derivacijų vienu metu 2. Ligonio duomenys 3. Laikrodis 4. Ligonio širdies susitraukimų dažnis 5. Baterijos įkrovos būklė 6. Suminė elektrodų kontakto informacija nurodant problematinį elektrodą (su spalvine indikacija) <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
8.	Klaviatūra	Skaitmeninė-raidinė	Skaitmeninė-raidinė <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>

9.	Integruotas vidinis terminis spausdintuvas	Būtina	Integruotas vidinis terminis spausdintuvas <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
10.	Galimybė spausdinti ataskaitas ir užrašytą EKG tiesiogiai, išoriniu lazeriniu spausdintuvu	Būtina	Galimybė spausdinti ataskaitas ir užrašytą EKG tiesiogiai, išoriniu lazeriniu spausdintuvu <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
11.	Keičiamas popieriaus traukimo greitis	Ne mažiau greičių, kaip 5-25-50 mm/s	5-25-50 mm/s <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
12.	Keičiamas kardiografo jautrumas	Ne mažiau jautrumo verčių kaip 2,5 - 5 – 10 –20 mm/mV arba automatinis	2,5 - 5 – 10 –20 mm/mV ir automatinis <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
13.	Širdies susitraukimų dažnio indikacija	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 susitr./min	nuo 30 iki 350 susitr./min <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
15.	Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimo programa	Būtina	Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimo programa <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
16.	EKG analizės programa vaikams	Būtina	EKG analizės programa vaikams <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
17.	Širdies ritmo sutrikimo (aritmijos) nustatymas ir automatinis registravimas termopopieriuje	Galimybė registruoti tik aritmijų epizodus (ne ištisinę EKG)	Širdies ritmo sutrikimo (aritmijos) nustatymas ir automatinis registravimas termopopieriuje, galimybė registruoti tik aritmijų epizodus <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
18.	Programuojami miograminiai (raumenų tremoro) filtrai	Būtina	Programuojami miograminiai (raumenų tremoro) filtrai <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
19.	Automatinė dreifo kompensacija	Būtina	Automatinė dreifo kompensacija <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
20.	Vidinė registruojamų EKG atmintis	Ne mažiau kaip 100 EKG vidinė atmintis	1000 EKG vidinė atmintis <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
21.	Duomenų ir rezultatų išsaugojimas PDF (arba lygiaverčiu) formatu	Būtina	Duomenų ir rezultatų išsaugojimas PDF formatu <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
22.	Aparato maitinimas	Iš elektros tinklo (nominalios vertės 230V 50 Hz) ir iš vidinio akumuliatoriaus (ličio jonų ar lygiavertės baterijos). Ne mažiau kaip 250 elektrokardiogramų dirbant nuo vidinio akumuliatoriaus arba ne mažiau	Iš elektros tinklo (nominalios vertės 230V 50 Hz) ir iš vidinio akumuliatoriaus (ličio jonų baterijos). dirbant nuo vidinio akumuliatoriaus arba ne mažiau kaip 8 val pastovios registracijos (monitoravimo)

		kaip 2 val pastovios registracijos (monitoravimo)	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
23.	Baterijos pakrovimo laikas	Ne ilgiau kaip 4 val.	3.5 val. <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
24.	Komplektacija		
24.1.	Paciento kabelis su krūtininių ir standartinių derivacijų elektrodų rinkiniu (elektrodai prisiurbiami, daugkartiniai)	1 komplektas suaugusiems ir 1 pediatrinis komplektas	1 komplektas suaugusiems ir 1 pediatrinis komplektas <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
24.2	Su mobiliu stovu, transportavimui	Būtina	Su mobiliu stovu, transportavimui <i>Gamintojo dokumentai_konfidencialupdf 1-11 psl.</i>
25.	Garantija	≥36 mėn.	36 mėn.



Vaidas Sliesoraitis