

## PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### Paslaugų savybės:

#### 1. Medicinos aparatinės techninės priežiūros ir remonto paslaugos sudaro:

1.1. medicinos aparatinės techninės priežiūra (TP);

1.2. remontas;

1.3. techninis išbandymas po suteiktų paslaugų tam, kad prietaisais atliktų numatytas funkcijas ir jo naudojimas pagal paskirtį būtų saugus.

#### 2. Reikalavimai medicinos aparatinės techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimui:

2.1. TP atlikti laikantis gamintojo nustatytos TP periodiškumo tvarkos ir konkrečios aptarnaujamos aparatinės techninės dokumentacijos reikalavimų;

2.2. teikėjas, gavęs iškvietimą apie gedimo atvejį, išpareigoja atvykti ir atlikti remontą ne vėliau kaip per 1 (vieną) parą nuo iškvietimo. Jei dėl kokių nors priežasčių kitą dieną nėra sąlygų suremontuoti medicinos aparatinę, informuoja elektroniniu paštu perkančiosios organizacijos atsakingą atstovą apie numatomus remonto užbaigimo terminus. Jeigu gedimo metu keičiama detalė, perkančiosios organizacijos nurodytame skyriuje pildomas „Prietaiso gedimo registravimo lapas“. Detalė keičiama, tik esant perkančiosios organizacijos pritarimui;

2.3. paslaugų teikimo kokybė turi atitikti medicinos aparatinės saugumo technikos ir eksploatacijos taisyklių reikalavimus;

2.4. teikėjas, paėmęs medicinos aparatinę iš perkančiosios organizacijos nurodyto skyriaus, išduoda pažymą apie jos paėmimą;

2.5. neesant galimybei suremontuoti medicinos aparatinę, teikėjas privalo išduoti pažymą apie medicinos aparatinės būklę ir tinkamumą tolimesnei eksploatacijai;

2.6. teikėjas turi įrašyti TP ir remonto rezultatus, nurodantiuos medicinos aparatinės tvarkingumą, medicinos aparatinės pase;

2.7. TP periodiškumas turi būti nustatytas gamintojo.

3. Medicinos aparatinės techninės būklės tikrinimo (TBT) paslaugos sudaro – medicinos aparatinės naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais ir medicinos aparatinės gamintojo nustatyta tvarka ir terminais atliekama medicinos aparatinės privaloma apžiūra, taip pat visų medicinos aparatinės parametrų patikrinimas ir medicinos aparatinės saugos bandymai.

#### 4. Reikalavimai medicinos aparatinės techninės būklės tikrinimo paslaugų teikimui:

4.1. patikrinti visas su sauga susijusias funkcijas (tarp jų ir matavimo), išskyrus tas, kurių tikrinimą reglamentuoja radiacinės saugos higienos normos;

4.2. medicinos aparatinės, skleidžiančios jonizuojančią spinduliuotę, TBT paslaugoms būtina turėti radiacinės saugos centro licenciją šiai veiklai.

#### 5. Medicinos aparatinės ir medicinos prietaisų metrologinės patikros paslaugos sudaro:

5.1. medicinos aparatinės ir medicinos prietaisų su matavimo funkcija patikra;

5.2. matavimo priemonių patikra; kalibravimas.

#### 6. Reikalavimai medicinos aparatinės ir medicinos prietaisų metrologinės patikros paslaugų teikimui:

6.1. jei metrologinės patikros rezultatai teigiami, matavimo priemonė turi būti paženklinama arba jai išduotas metrologinės patikros liudijimas, nurodantis šios patikros atlikimo datą, metus (jų formą nustato Valstybinė metrologijos tarnyba), o perkančioji organizacija metrologinės patikros rezultatus užregistruoja matavimo priemonės pase arba registro žurnale;

6.2. jei metrologinės patikros rezultatai neigiami ir matavimo priemonių negalima suremontuoti, turi būti išrašyta neatitikties pažyma.

Pardavimų vadybininkė  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)



Elžbieta Korotajevaite  
(Vardas ir pavardė)