

### 34 PIRKIMO DALIS

#### Baktericidinė lempa, 1 vnt.

Eil. Nr	Parametrai	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Mobili netiesioginio poveikio baktericidinė lempa	Būtina	Mobili netiesioginio poveikio baktericidinė lempa (34 dalis brošiūra 4 psl.)
2.	Įrenginio darbo metu žmonės gali būti patalpoje	Būtina	Įrenginio darbo metu žmonės gali būti patalpoje (34 dalis brošiūra 4 psl.)
3.	Ventiliatoriaus našumas	Ne mažiau 130 m <sup>3</sup> / h	132 m <sup>3</sup> / h (34 dalis brošiūra 7 psl.)
4.	Efektyvus dezinfekuojamas oro tūris	25-50 m <sup>3</sup>	25-50 m <sup>3</sup> (34 dalis brošiūra 7 psl.)
5.	Lempų tarnavimo laikas	ne mažiau 8000 val.	8000 val. (34 dalis brošiūra 7 psl.)
6.	Efektyvus dezinfekuojamas patalpos plotas	10-20 m <sup>2</sup>	10-20 m <sup>2</sup> (34 dalis brošiūra 7 psl.)
7.	Spinduliavimo šaltinis	Ne mažiau 2 lempos	2 lempos (34 dalis brošiūra 7 psl.)
8.	Baktericidinės lempos galia	Ne mažiau 30W	30W (34 dalis brošiūra 7 psl.)
9.	Apsaugos klasė nuo elektros šoko	I	I (34 dalis brošiūra 7 psl.)
10.	Energijos sunaudojimas	Ne daugiau 90 W	75 W (34 dalis brošiūra 7 psl.)
11.	Prietaiso svoris	Ne daugiau 15 kg	13 kg (34 dalis brošiūra 7 psl.)
12.	Veikimo laiko skaitliukas su akustine signalizacija , perspėjančia apie UV lempučių keitimą	Būtina	Veikimo laiko skaitliukas su akustine signalizacija , perspėjančia apie UV lempučių keitimą (34 dalis brošiūra 7 psl.)
13.	Maitinimas	Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50Hz	Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50Hz (34 dalis brošiūra 7 psl.)