

35 PIRKIMO DALIS

Chirurginis instrumentinis stalielis Mayo tipo, 3 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės 37-38 dalys brošiūra 1 psl.
1	Konstrukcija	Nerūdijančio AISI304 plieno ar lygiaverčio	Nerūdijančio AISI304 plieno
2	Ratukai	Trys ratukai, diametras ne mažiau 75 mm, visi ratukai fiksuojami	Trys ratukai, diametras 75 mm, visi ratukai fiksuojami
3	Staliuko darbo paviršiaus matmenys	750x550±20 mm	730x560 mm
4	Staliuko darbo paviršius su paaukštintais kraštais	Kraštelio aukštis ne mažiau 10 mm	Kraštelio aukštis 12 mm
5	Staliuko darbo paviršius nuimamas sterilizavimui	Būtina	Staliuko darbo paviršius nuimamas sterilizavimui
6	Galimybė pasukti staliuko darbo paviršių 360° aplik ašį su fiksavimo mechanizmu	Būtina	Galimybė pasukti staliuko darbo paviršių 360° aplik ašį su fiksavimo mechanizmu
7	Hidraulinis aukščio reguliavimas	Kojinio pedalo pagalba	Kojinio pedalo pagalba
8	Hidraulinė teleskopinė „koja“ su apsauga nuo hidraulinio skysčio nutekėjimo	Būtina	Hidraulinė teleskopinė „koja“ su apsauga nuo hidraulinio skysčio nutekėjimo
9	Staliuko aukščio reguliavimo ribos	Ne blogiau kaip nuo 900mm iki 1300 mm	nuo 900mm iki 1300 mm
10	Maksimali saugi staliuko apkrova	50 kg	50 kg
11	CE ženklavimas	Būtinai	CE ženklavimas
12	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau dviejų metų	24 mėn.